


Staf KCL

Prof. dr. C.M. Cobbaert
 Drs. A. Albersen
 Dr. B.E.P.B. Ballieux
 Dr. J.M.E.P. Gillis
 Dr. P.W. Schenk
 Dr. B.A. Wevers

**Klinisch chemicus
 in opleiding**

Dr. Ir. E. van Andel
 Dr. L.M. Henricks



KCL is ISO15189:2012
 geaccrediteerd.



Overzicht ultrapathologische uitslagen

30 mei 2023

Criteria voor het doorbellen door de afdeling KCL van (ultra-) pathologische uitslagen

Met de aanvragers binnen het LUMC heeft de afdeling KCL een lijst opgesteld met sterk afwijkende waarden die direct doorgebeld dienen te worden aan de aanvrager. Zorg daarom altijd dat een actueel telefoonnummer vermeld staat op uw aanvraag voor laboratoriumdiagnostiek.

Test	Doorbellen in geval van overschrijden ondergrens	Doorbellen in geval van overschrijden bovengrens
Ammoniak (EDTA-plasma)	n.v.t.	>100 µmol/L
D-3-hydroxy-boterzuur (EDTA volbloed onteiwit)	n.v.t.	> 2 mmol/l
Glucose (serum, bloedgas)	<3,0 mmol/L	>25,0 mmol/L
Natrium (serum, bloedgas)	<120 mmol/L	>150 mmol/L
Kalium (serum, bloedgas)	<3,0 mmol/L	>6,0 mmol/L
Calcium (serum)	<1,80 mmol/L	>3,00 mmol/L
Magnesium (serum)	<0,40 mmol/L	>2,00 mmol/L
Hs c-Troponine T (serum)	n.v.t.	> 10 000 ng/L (10 µg/L)
Vrij Calcium (Ca ²⁺) (bloedgas)	<0,75 mmol/L	>1,60 mmol/L
pH (bloedgas)	<7,20	>7,60
Hb (bloedgas)	<4,0 mmol/L	n.v.t.
APTT (citraat)	n.v.t.	> 180 s
PT (citraat)	n.v.t.	> 120 s
Fibrinogeen (citraat)	< 1,0 g/L	n.v.t.
Leukocyten (EDTA volbloed)	< 2,0 x 10 ⁹ /L	> 50 x 10 ⁹ /L
Hemoglobine (EDTA volbloed)	<4,0 mmol/L	n.v.t.
Trombocyten (EDTA volbloed, citraat)	< 75 x 10 ⁹ /L	> 700 x 10 ⁹ /L

Bron: Doorbellen en faxen van uitslagen en registreren van ultrapathologische uitslagen – AKCL (Versie 28).